

第1回透析液成分濃度測定装置認証試験による認証装置と認証項目

測定機器メーカー	測定計	対応機種名	酢酸系					クエン酸系			
			Na	K	Cl	pH	HCO ₃	Na	K	Cl	HCO ₃
エイアンドティー	電解質計(希釈 ISE)	EA07	○	○	○	/	/	○	○	○	/
	電解質計(希釈 ISE)	EA09	○	○	○	/	/	○	○	○	/
常光	電解質計(非希釈 ISE)	EX-G	○	○	○	/	/	○	○	○	/
テクノメディカ	電解質計(非希釈 ISE)	STAX-3	○	○	○	/	/	○	○	○	/
	電解質計(非希釈 ISE)	STAX-6	○	○	○	/	/	○	○	○	/
	ISE 付き GAS 計	GASTAT-1800 シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ISE 付き GAS 計	GASTAT-700 シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラジオメーター	ISE 付き GAS 計	ABL800 FLEX	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ABL80 FLEX	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ABL90 FLEX	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノバ・バイオメディカル	ISE 付き GAS 計	pHOX +C	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アイ・エル・ジャパン	ISE 付き GAS 計	GEM3000/3500	○	○	/	○	○	○	○	/	×
シーメンス	ISE 付き GAS 計	RL348EX	○	○	/	○	○	○	○	○	○
		RP500	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○は認証項目、×は非認証項目、/は装置にもともと設定されていない項目